



## دبیرخانه تدوین و بازنگری بسته بیمه پایه خدمات

شناسنامه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای

برونکوسکوپي قابل انعطاف درماني جهت آسپیراسيون درماني درخت تراکتوبرونکیالی،

دیلاتاسیون برونش یا تراشه و درآوردن جسم خارجی

تدوین کنندگان:

دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

با همکاری:

سازمان بیمه تامین اجتماعی، کمیته امداد دامام خمینی، نیروهای مسلح و

بیمه سلامت ایران

خرداد ۹۷

## بسمه تعالی

### الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و لاتین):

برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی درخت تراکتوبرونکیال یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه و یا درآوردن جسم خارجی

کد ملی : ۳۰۰۵۰۵

### ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی :

برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی درخت تراکتوبرونکیال یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه و یا درآوردن جسم خارجی

### ج) موارد ضروری انجام مداخله تشخیصی ، درمانی:

- بررسی وضعیت راههای هوایی
- شستشوی ریه
- تخلیه ترشحات
- نمونه گیری جهت بررسی های میکروبیولوژی، سیتولوژی و بررسی های اختصاصی
- خارج نمودن جسم خارجی
- دیلاتاسیون مجاری هوایی

### ج-۱) تعداد دفعات مورد نیاز

بر حسب ضرورت

### د) ویژگی های فرد/افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز (Order) خدمت مربوطه و استاندارد تجویز:

متخصص عفونی، متخصص داخلی، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص اطفال، فوق تخصص ریه و فوق تخصص ایمونولوژی بالینی

### ه) ویژگی های ارائه کننده اصلی صاحب صلاحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:

فوق تخصص ریه، فوق تخصص مراقبتهای ویژه در بیماران زیر ونتیلاتور در موارد آتلکتازی یا آسپیراسیون و متخصص گوش و حلق و بینی

### و) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:

ردیف	عنوان تخصص	تعداد مورد نیاز به طور استاندارد به ازای ارائه هر خدمت	میزان تحصیلات مورد نیاز	سابقه کار و یا دوره آموزشی مصوب در صورت لزوم	نقش در فرایند ارائه خدمت
۱	کمک پرستار	۱ نفر	دیپلم به بالا		آماده سازی بیمار
۲	تکنسین بیهوشی	۱ نفر	فوق دیپلم به بالا		صرفاً جهت مانیتورینگ بیمار (بر حسب نیاز)
۳	پرستار	۱ نفر	لیسانس	کارآموزی	آموزش به بیمار
۴	متخصص بیهوشی	۱ نفر	دکترای تخصصی		بر حسب نیاز

### ز) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت:

اتاق حاوی تهویه مناسب و نور کافی در بیمارستان

### ح) تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت:

دستگاه برونکوسکوپ قابل انعطاف (استاندارد و پرتابل) با ملحقات، وسایل احیا، مانیتور، فشار سنج، اکسیژن، دستگاه بیهوشی، ماسک

CPAP و LMA

### ط) داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:

ردیف	اقلام مصرفی مورد نیاز	میزان مصرف (تعداد یا نسبت)
۱	اسپری سالیوتامول	بر حسب نیاز
۲	لیدوکائین	
۳	اپی نفرین و آتروپین	
۴	انواع سرم های تزریقی	
۵	میدازولام	
۶	فتانیل	
۷	پروپوفول	
۸	هیدروکورتیزون	

### ی) استانداردهای گزارش

وضعیت طنابهای صوتی، وضعیت تراشه، وضعیت کارینا، وضعیت برونش ها

### ک) شواهد علمی در خصوص کنتراندیکاسیون های دقیق خدمت:

- عدم همکاری بیمار

**(ل) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:**

۱۵ الی ۳۰ دقیقه

**منابع:**

**BTS Guideline** -

**ATS/ERS** -

- تاریخ اعتبار این استاندارد از زمان ابلاغ به مدت ۲ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.



## برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی درخت تراکتوبرونکیال یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه و یا در آوردن جسم خارجی

عنوان استاندارد	کد RVU	کاربرد خدمت		افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	ارائه کنندگان اصلی صاحب صلاحیت	شرط تجویز		محل ارائه خدمت	تواتر خدمتی		مدت زمان ارائه	اقدامات مورد نیاز قبل از ارائه خدمت و گزارش
		بستری	سریایی			کنترل اندیکاسیون	اندیکاسیون		تعداد دفعات مورد نیاز	فاصله انجام		
برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی درخت تراکتوبرونکیال یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه و یا در آوردن جسم خارجی	300505	*	*	متخصص عفونی، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص داخلی، متخصص اطفال، فوق تخصص ریه و فوق تخصص ایمونولوژی بالینی	فوق تخصص ریه، در بیماران زیر ونتیلاتور در موارد آتلکتازی یا آسپیراسیون فوق تخصص / فلوشیپ مراقبتهای ویژه و متخصص گوش و حلق و بینی	بیمارستان	عدم همکاری بیمار	بر حسب ضرورت	۱۵ الی ۳۰ دقیقه	اقدامات مورد نیاز قبل از ارائه خدمت ندارد. استانداردهای گزارش: وضعیت طنابهای صوتی، وضعیت تراشه، وضعیت کارینا، وضعیت برونش ها		

• تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابلاغ به مدت ۲ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.